	ASPİRASYON KAVANOZLARI TEMİZLİK TAKİP FORMU (ORTA RİSKLİ)	Doküman Kodu	DS.FR.53
		Yayın Tarihi	24.02.2016
		Revizyon Numarası	2
		Revizyon Tarihi	08.08.2022
		Sayfa No	1

AY:……

Tarih	Oda No	Yatak No	Temizliği Yapan Personel	Kontrol Eden
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				
……/……./20…..				

NOT: 1.Hastane vakum sistemine bağlı sabit aspiratörlerin torbaları işaretli seviyeye kadar dolunca yenisi ile değiştirilir. Her yeni hasta için mutlaka hortum, varsa çam ucu değişimi yapılır.

2.Mobil aspiratör kullanılması durumunda aspiratör kavanozu doldukça veya 24 saatte bir ve her yeni hastada boşaltılıp temizlenmeli/ dezenfekte edilmelidir. Kan ve vücut çıktısı varlığında 10000 ppm ile temizlik/dezenfeksiyonu yapılır. (**1 LİTRE SUYA 100 CC ÇAMAŞIR SUYU veya 1.5 LİTREYE 10 KLOR TABLET)**

3.Kullanılmayan kavanozlar boş ve temiz olmalıdır.