BN II BAKIM FORMU

Doküman No	ML.FR.26
Yayın Tarihi	21.09.2017
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

AY : **YIL :**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GÜNLÜK BAKIM																															
Buffer ve dilüent bidonlarının konrol edilmesi																															
Bir önceki günden kalan dilüsyon küvetlerinin değiştirilmesi																															
Tubing ve şırınga hatalarının hava kabarcığı için kontrolü ve gerekli ise yıkama işlemlerinin yapılması																															
Kullanıcı menüsünde küvetlerin kontolü ve gerekli ise değişiminin yapılması																															
İŞLEMİ YAPAN OPERÖTÖR																															
HAFTALIK BAKIM																															
Cihaz yüzeyinin temizlenmesi																															
Reaktif ve numune problarının kontrol edilmesi																															
Şırınge ve valflerin sıvı kaçağı olup olmadığının kontrolü																															
Cihazın ve bilgisayarın en az haftada bir kez																															
Numune ve reaktif kompartmanlarının temizlenmesi																															
İŞLEMİ YAPAN OPERÖTÖR																															
AYLIK BAKIM																															
Barcode scanner yüzeyinin temizlenmesi																															
Distile su bidonunun temizlenmesi																															
Sistemin decontamination işleminin yapılması																															
İŞLEMİ YAPAN OPERÖTÖR																															
6 AYLIK BAKIM																															
Şırıngaların değiştirilmesi																															
Mekanik millerin ve yüzeylerin tozunun alınıp yağlanması																															
Hareketli parçaların nokta ayarlarının kontrol edilmesi ve düzeltilmesi																															
Distile su üzerindeki filitrelerin değiştirilmesi																															
İŞLEMİ YAPAN OPERÖTÖR																															